

# CERTIFICAT OIML DE CONFORMITE OIML CERTIFICATE OF CONFORMITY

N° R49/2013-B-FR2-18.01

Emis sous régime B Issued under scheme B

**Autorité de délivrance** : **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**  
**Issuing authority** : **Personne responsable (Person responsible) : Thomas LOMMATZSCH**

**Demandeur** : **ITRON FRANCE - 9 rue ampère**  
**Applicant** : **FRANCE 71031 MACON Cedex**

**Fabricant** : **ITRON FRANCE 9 rue Ampère**  
**Manufacturer** : **FRA 71000 MACON**

**Identification du type certifié** : **compteur d'eau ITRON type P50**

**Identification of the certified** : **water meter ITRON type P50**

**Caractéristiques** : **voir annexe**  
**Characteristics** : **see annex**

Ce certificat atteste la conformité du modèle mentionné ci-dessus (représenté par les échantillons identifiés dans les rapports d'essais associés) aux exigences de la Recommandation suivante de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale – OIML) :

This certificate attests the conformity of the above-mentioned pattern (represented by the samples identified in the associated test reports with the requirements of the following Recommendation of the International Organization of Legal Metrology – OIML) :

## R49/2013 Water meters for cold potable water and hot water

Ce certificat s'applique uniquement aux caractéristiques métrologiques et techniques du modèle d'instrument concerné, telles que couvertes par la Recommandation Internationale applicable. Ce certificat ne constitue en rien une approbation internationale à caractère légal. Note importante : à part la mention du numéro de référence du certificat avec le nom de l'Etat Membre de l'OIML dans lequel le certificat a été délivré, une reproduction partielle du certificat ou des rapports d'essais associés n'est pas autorisée, mais ils peuvent être reproduits dans leur totalité.

This certificate relates only to the metrological and technical characteristics of the pattern for the concerned instrument, as covered by the relevant OIML International Recommendation. This certificate does not bestow any form of legal international approval. Important note : Apart from the mention of the certificate's reference number and the name of the OIML Member State in which the certificate was issued, partial quotation of the certificate or the associated test report is not permitted, though they may be reproduced in full.

Les principales caractéristiques figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat OIML de conformité et comprend 0 page(s).

The principal characteristics are set out in the appendix hereto, which forms part of the OIML certificate of conformity and consists of 0 page(s).





Accréditation n°5-0012  
Liste des sites accrédités  
et portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Etabli le 20 décembre 2018  
Issued on December 20th, 2018

Autorité de délivrance / Pour Le Directeur Général  
Issuing Authority / On behalf of the General Director



Thomas LOMMATZSCH  
Responsable du Pôle Certification Instrumentation et  
Technologies de l'Information  
Head of the Instrumentation and IT Certification

Référence LNE - 35272 rév. n°0

Metrological characteristics

<b>Nominal Diameter DN (mm)</b>	20	
<b>Version</b>	Linear / Manifold	
<b>Length (mm)</b>	130 ... 190	
<b>Body</b>	Metallic	
<b>Connections</b>	Threads G1"	
<b>Cover</b>	Standard / Repairable	
<b>Indicating device</b>	Plastic (TSN) / Glass & metal (TVM)	
<b>Indicating range (m<sup>3</sup>)</b>	99 999	
<b>Verification scale interval (dm<sup>3</sup>)</b>	0,05 or 0,02	
<b>Cyclical volume (cm<sup>3</sup>)</b>	55	
<b>Q<sub>3</sub> Permanent flowrate (m<sup>3</sup>/h)</b>	2,5	4
<b>Q<sub>4</sub> Overload flowrate (m<sup>3</sup>/h)</b>	3,125	5
<b>Q<sub>3</sub>/Q<sub>1</sub> <sup>(1)</sup></b>	250	400
<b>Q<sub>2</sub>/Q<sub>1</sub></b>	1,6	
<b>Position</b>	All positions	
<b>Accuracy class</b>	2	
<b>Maximum Admissible Pressure (bar)</b>	16	
<b>Flow profil sensitivity class</b>	U0D0	
<b>Pressure loss class</b>	$\Delta p_{25}$	$\Delta p_{63}$
<b>Water temperature class</b>	T30 ; T50	
<b>Climatic environment</b>	+5°C ... +55°C	
<b>Environmental class</b>	B/O	
<b>Electromagnetic influence class</b>	N/A	
<b>Reverse flow measurement <sup>(2)</sup></b>	No	

(1) For a given nominal flowrate (Q<sub>3</sub>) values of Q<sub>3</sub>/Q<sub>1</sub> lower than those listed in the table above are permitted. However the values of this ratio cannot be below 40.

(2) The water meter is not designed to measure reverse flow but can withstand an accidental reverse flow without any deterioration or change in metrological properties.